

Wałbrzych, dnia 08.01.2024 r.

Zmiana dokumentacji przetargowej

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenia zamówienia pn. „**Dostawa 2 zestawów aparatury kontrolno-pomiarowej rozpuszczonego tlenu w ściekach reaktora biologicznego**”, Zamawiający informuje o wprowadzaniu następujących zmian do dokumentacji przetargowej:

1. Zapytanie ofertowe Rozdz. I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

ust. 2, pkt. 2), dodano zapis:

2) Sondy do pomiaru tlenu:

- króćce montażowe przeznaczony do sond (PVC) do powieszenia na istniejącej armaturze - łańcuchu; gwint 1" NPT.

2. Załącznik nr 3 – wzór umowy

§1, ust. 2, pkt. 2) dodano zapis:

2) Sondy do pomiaru tlenu:

- króćce montażowe przeznaczony do sond (PVC) do powieszenia na istniejącej armaturze - łańcuchu; gwint 1" NPT.

3. Zapytanie ofertowe, Rozdz. IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ.

ust. 1, pkt 2) dodano zapis:

- e) oferowanych dostaw zgodnie z wymaganiami Zamawiającego - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca: wykaże, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny opisem przedmiotu zamówienia.

4. Zapytanie ofertowe, Rozdz. IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ

ust. 2, dodano zapis:

- 5) aktualny szczegółowy opis techniczny (np. karty katalogowe oferowanego przedmiotu zamówienia).

5. **Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 10.01.2024 r. do godziny 9:00.** Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 10:00.

PODSTAWA PRAWNA: §19 ust. 5 Regulaminu udzielania zamówień przez WPWiK Sp. z o.o. stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezesa Zarządu WPWiK Sp. z o.o. nr 53/2021 z dnia 31.12.2021 roku (ze zm.)

„Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść dokumentacji przetargowej. Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano dokumentację, a jeżeli jest ona udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie”.